



<b>品名</b>		ポータブル酸素モニター		
<b>型式</b>	OX-07	<b>電源</b>	単3形アルカリ乾電池 2本 (内蔵)	
<b>メーカー</b>	理研計器	<b>連続使用時間(時間)</b>	最大5,000 (25℃、無警報、無照明)	
<b>タイプ</b>	Type-A	<b>防爆性</b>	本質安全防爆構造 (Exia II CT3) 検定合格番号 第TC18099号	
<b>検知対象ガス</b>	酸素	<b>各種認証</b>		ATEX防爆合格品 (財)日本舶用品検定協会 型式試験合格品 MED申請中
<b>検知範囲 [1デジット] (vol%)</b>	0.0~40.0 [0.1]			
<b>指示精度</b>	±0.7vol%以内 (JIS T8201 準拠) 同一条件下において	<b>使用範囲</b>	<b>温度 (°C)</b>	-20~+50
<b>警報設定値</b>	ガス警報:18.0vol% OVER(40.0vol%)		<b>湿度 (%)</b>	95以下 (結露無きこと)
<b>故障警報</b>	センサ接続、電池電圧低下 回路故障、校正不良	<b>性能</b>		LCD手動バックライト (起動時・警報時は自動点灯) 最大最小ピーク値表示
<b>警報表示</b>	<b>ガス警報時</b>	ランプ点滅、ブザー断続 濃度値フリッカ、振動	<b>質量(g)</b>	230
	<b>故障警報時</b>	ランプ点滅、ブザー断続 故障内容表示	<b>外形寸法 [D×W×H] (mm)</b>	33×66×114
<b>警報方式</b>	自己保持	<b>標準付属品</b>		リモートケーブル(5m) キャリングケース アリゲータクリップ
<b>表示器</b>	LCDデジタル表示器			

0700700001

〒007-0820

北海道札幌市東区東雁来町362番3号

株式会社アクト電研

TEL011-790-2320・FAX011-7902321